

Einstellring

Serie 177 aus Keramik



Mitutoyo

Anwendung

Zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

Ausführung

- Der tatsächliche Kalibrierungswert für den Durchmesser ist an jedem Ring markiert
- Zylindrizität:
 - 1.0 μm für \varnothing 1-60 mm
 - 1.5 μm für \varnothing 62-90 mm
 - 2.0 μm für \varnothing 100-150 mm
 - 2.5 μm für \varnothing 175-225 mm
 - 3.0 μm für \varnothing 250-300 mm
- aus Keramik

Lieferung

Ohne Herstellerprüfzertifikat



Technische Daten

Produktnummer	1001351 559
Nenn Durchmesser	45 mm
Herstellerteilenummer	177-434
Statistische Warennummer	90179000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com