

### Einstellring

Serie 177 aus Keramik



Mitutoyo

#### Anwendung

Zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

#### Ausführung

- Der tatsächliche Kalibrierungswert für den Durchmesser ist an jedem Ring markiert
- Zylindrizität:
  - 1.0  $\mu\text{m}$  für  $\varnothing$  1-60 mm
  - 1.5  $\mu\text{m}$  für  $\varnothing$  62-90 mm
  - 2.0  $\mu\text{m}$  für  $\varnothing$  100-150 mm
  - 2.5  $\mu\text{m}$  für  $\varnothing$  175-225 mm
  - 3.0  $\mu\text{m}$  für  $\varnothing$  250-300 mm
- aus Keramik

#### Lieferung

Ohne Herstellerprüfzertifikat



### Technische Daten

Produktnummer	1001351 552
Nenn Durchmesser	12 mm
Herstellerteilenummer	177-425
Statistische Warennummer	90179000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com